
ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ
GGT-Iant

Внесены
в Государственный
реестр
под № 11694—89

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 24 января 1989 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весовые дозаторы GGT-Iant фирмы «Бош» (ФРГ) предназначены для дозирования чая в составе упаковочного автомата фирмы «Хессер» (ФРГ).

ОПИСАНИЕ

Дозирование осуществляется в три этапа: грубое объемное (порядка 60 % заданной массы), грубое весовое (порядка 92 % заданной массы) и точное весовое. Дозатор оснащен системой автоматической корректировки массы последующих доз в соответствии со значениями массы предыдущих доз, а также системой автоматической тарировки.

Весозмерительные устройства дозатора — индуктивные, с силовой компенсацией.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса дозы 100—125 г.

Производительность дозирования 20 доз/мин.

Пределы допускаемой погрешности, мг: для каждой дозы ± 225 ; для среднего арифметического значения массы дозы из двадцати последовательных доз одного и того же номинального значения ± 60 .

Потребляемая мощность 0,4 кВт.

Габаритные размеры 600×500×970 мм.

Масса 160 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность согласно ведомости фирмы «Бош» (ФРГ).

ПОВЕРКА

Поверка дозатора — по ГОСТ 8.523—85.

Основные средства поверки — весы лабораторные образцовые IV разряда по ГОСТ 24104—88.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС).

Изготовитель — фирма «Бош» (ФРГ).